


### 3 pousse-seringues sur le marché



#### Leurs caractéristiques

	MASTER TCI	GRASEBY 3500	IVAC AIVOC
Débit maximal	1200 ml/h	1200 ml/h	1200 ml/h
Seuils occlusion	300,500,1100 mmHg	réglage interne	oui
Reglage délai d'induction	oui(30 sec à 10 min)	non	non
Affichage courbe de concentration	oui	non	oui
Changement consigne de concentration	bouton rotatif	clavier numérique	clavier
Affichage concentration cérébrale	oui*	oui	oui
Prédiction réveil	oui	oui	oui
Impression données	oui	oui	oui
Transfert données sur micro-ordinateur	oui	oui	oui

La seringue pré-remplie de Diprivan:

La tubulure: Penser à l'espace mort et à [la loi de Poiseuille](#)

$$\frac{V}{t} = \frac{\pi r^4 p}{8 \eta l}$$

$$p = \frac{8 \eta l V}{\pi r^4 t}$$

 **La valve anti-retour**  
 **robinet ou raccord en Y**  
